



“Комплексен онкологичен център – Пловдив”  
ЕООД

Пловдив, 4000 бул. “Васил Априлов” № 15А тел.: 032/ 64 38 31  
факс: 032/ 644 388 e-mail: onkodis\_plovdiv @ abv.bg

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -  
ПЛОВДИВ“ ЕООД гр. Пловдив

Изм. № 209/13.02.2019 г.

ДО  
ВСИЧКИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

**РАЗЯСНИТЕЛНО ПИСМО**

**ОТНОСНО:** Запитване с вх. №315/12.02.2019 г. във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с открита Решение №18/23.01.2019 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД с предмет: „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

**Уважаеми Г-жи и Г-да,**

Във връзка с поставен въпрос от страна на лице изтеглило документация, Ви предоставяме, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП нашите разяснения:

**Въпрос:** Моля да ни разясните по документацията за участие в процедурата за възлагане Обособена позиция № 18 : Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв в отделните под позиции, изписани например :

ОП 18.1. – Епруветка EDTA, к-т с луер накрайник и капаче от 2 до 3 мл., 66x11 мм. или 75mm x 13 сух антикоагулант K2EDTA

ОП 18.2. – Епруветка, к-т с луер накрайник и капаче за серум с гел сепаратор и клот-активатор, обем до 4 мл. 75 mm x 13 mm и т.н.

Дали луер адаптерът е част от присъщото на епруветката двустепенно капаче или става дума за отделно опакован стерилен луер адаптер ?

**Отговор:** Луер адаптерът е част от присъщото на епруветката двустепенно капаче, а не е отделно опакован стерилен луер адаптер.

13.02.2019 г.  
Пловдив

Възложител:

Д-р Парашкев Цветков  
Управител „КОИ – Пловдив” ЕООД

