



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР – ПЛОВДИВ” ЕООД

4000 Пловдив, бул. „В. Априлов” №15 А, тел.:032/643831, факс: 032/644388

E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg

„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР -
ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив

Изм. № 198/08.02.2019 г.

ДО
ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

РАЗЯСНИТЕЛНО ПИСМО

ОТНОСНО: Запитване с вх. №281/05.02.2019 г. във връзка с открита процедура по реда на ЗОП с открита Решение №18/23.01.2019 г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център - Пловдив” ЕООД с предмет: „Доставка на реактиви и лабораторни консумативи за отделение по клинична патология и клинична лаборатория към „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД по обособени позиции”

Уважаеми Г-жи и Г-да,

Във връзка с поставен въпрос от страна на лице изтеглило документация, Ви предоставяме, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП нашите разяснения:

Въпрос: В описаната техническа характеристика на всяка епруветка от обособена позиция № 18 „Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв” е посочена алтернативна възможност за размер на епруветките от 13x75 мм, който размер е стандартен за вакуумна епруветка за вземане на кръв. Моля да уточните дали така формулираната спецификация на епруветките означава, че ще се приемат като съответстващи на техническото задание епруветки с метод на засмукване вакуум, окомплектовани с холдери, предназначени за прикрепване на иглите за вземане на кръв, както и за луер адаптери и за игли тип „бътерфлай”.

Отговор: По обособена позиция № 18 „Лабораторни изделия за Затворена система за взимане на венозна и капилярна кръв”, Възложителят е посочил размери 66 мм x11 мм ИЛИ 75 мм x 13 мм, а като метод – аспирация и вакуум, а не само вакуум.

08.02.2019 г.
Пловдив

Възложител
Д-р Парашкев Цветков
Управител „КОЦ – Пловдив” ЕООД

