

УТВЪРЖДАВАМ:

Д-р Парашкев Цветков

Управител на „КОЦ – Пловдив” ЕООД

Дата на утвърждаване: 14.10.2019 г.



„КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР –
ПЛОВДИВ” ЕООД гр. Пловдив

Вх. № 1216/02.10.2019 г.

До

д-р Парашкев Цветков

Управител на „КОЦ – Пловдив” ЕООД

ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от ЗОП

УВАЖАЕМИ Д-Р ЦВЕТКОВ,

На основание чл. 106, ал. 1 от ЗОП представяме настоящия доклад по чл. 103, ал. 3 от ЗОП за резултатите от работата на комисията, назначена със Заповед №158/17.09.2019 г. на управителя на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците в открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматичен ротационен микротом за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”, открита с Решение №132 от 02.08.2019 г. и публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00045-2019-0013.

В изпълнение на Заповед №158/17.09.2019 г., Комисията в състав: председател: Петя Гавазова – ръководител звено „Обществени поръчки“ в КОЦ – Пловдив ЕООД и членове д-р Десислава Ташкова – началник ОКП в КОЦ – Пловдив ЕООД и Цветелина Михалкова – старши лаборант в ОКП в КОЦ – Пловдив ЕООД, проведе своите заседания описани в протокола от нейната работа.

В определения в обявлението срок за подаване на оферти за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка – до 16:30 часа на 13.09.2019 г. са постъпили оферти от 2 (двама) участника, както следва:

1. „Аквахим“ АД – вх. №1613/12.09.2019 г. в 08:50 ч.;
2. „Елта 90 М” ООД – вх. №1627/13.09.2019 г. в 09:14 ч.

На своето първо заседание, провело се на 17.09.2019 г., в 13:00 ч., Комисията се запозна със списъка на участниците и всеки от членовете ѝ попълни декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. На заседанието на Комисията не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията пристъпи към отваряне на запечатаните непрозрачни опаковки на двамата участника по реда на тяхното постъпване, а именно:

Първа по ред е офертата на „Аквахим“ АД с вх. №1613 от 12.09.2019 г. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към нейното отваряне и оповести съдържанието ѝ: опис на представените документи; електронен носител с надпис еЕЕДОП Аквахим АД; заверено копие на пълномощно; техническо предложение за изпълнение на поръчката към което участникът е приложил каталог на предлаганата медицинска апаратура и запечатан непрозрачен плик с надпис предлагани ценови параметри. Тримата членове на комисията подписаха запечатания плик с надпис Предлагани ценови параметри, след което положили подписи върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване съдържанието на втората по ред оферта от „Елта 90 М” ООД с вх. №1627 от 13.09.2019 г. Офертата е представена в запечатана непрозрачна опаковка с ненарушена цялост, комисията пристъпи към нейното отваряне и

оповести съдържанието ѝ: списък на документите, съдържащи се в офертата; електронен носител в опаковка с надпис ЕЕДОП; заверено от участника копие на удостоверение за доставка; заверено от участника копие от удостоверение за доставка; заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия; заверено от участника копие на разрешение за промяна на разрешение за търговия на едро с медицински изделия; заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2015; техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка към което участникът е приложил каталог на предлаганата медицинска апаратура, инструкции за употреба извадка от уеб сайта на производителя и запечатан непрозрачен плик с надпис предлагани ценови параметри. Тримата членове на комисията подписаха запечатания плик с надпис Предлагани ценови параметри посочен по-горе, след което тримата членове положили подписи върху всички документи, съдържащи се в техническото предложение на участника.

С това приключи публичното заседание на комисията. Комисията поднови работата си като пристъпи към разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към лично състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, по реда на постъпване на офертите:

За Първата оферта от „Аквахим“ АД с вх. №1613 от 12.09.2019 г. се констатира, че предоставеният от участника опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ЗОП съответства на представените документи в опаковката. След разглеждане на ЕЕДОП на участника, комисията констатира, че: задължените лица по чл. 40 от ППЗОП са декларирали, че за тях не са налице основанията за отстраняване по ЗОП и посочените от Възложителя в документацията за участие в настоящата обществена поръчка. Дружеството е декларирало съответствието му с поставените критерии за подбор от Възложителя.

С оглед констатираното съответствие с изискванията към личното състояние на участника и поставените от Възложителя критерии за подбор, комисията единодушно реши, че го допуска до разглеждане на техническото му предложение за позицията, за която е подал оферта.

Втора по ред е офертата на „Елта 90 М“ ООД с вх. №1627 от 13.09.2019 г. Комисията установи, че в предоставеният от участника опис на представените документи отговаря на приложените в офертата документи. В представения от участника ЕЕДОП са декларирани липсата на основанията за отстраняване посочен в ЗОП и документацията на обществената поръчка от лицата по чл. 40 от ППЗОП и съответствието на дружеството с поставените критерии за подбор. Комисията констатира съответствие с изискванията към личното състояние на участника и поставените от Възложителя критерии за подбор, поради което го допуска до разглеждане на техническото му предложение.

Комисията продължи с разглеждане на техническите предложения на участниците и констатира, че предложената от „Аквахим“ АД с оферта с вх. №1613/12.09.2019 г. медицинска апаратура не отговаря на поставените от Възложителя минимални технически параметри, а именно:

- Участникът е предложил вертикален режещ ход на апарата 70 мм, който да предлага възможността за обработка на широк спектър от размери на проби, включително супер мега касети, а Възложителят е поставил изискване да е с най-малко 72 мм.

Във връзка с изискванията заложили в документацията за обществената поръчка участникът трябва да представи каталог и/или други документи на предлаганото оборудване от производителя, от който да е видно, че предлаганата медицинска апаратура отговаря на техническата спецификация и изискванията на Възложителя, в случая няма представени такива документи от „Аквахим“ АД за предложените: вана за разпъване на срези без капак и топла плоча, специализирана за хистология.

Във връзка с гореизложеното, комисията предлага на Възложителя да отстрани „Аквахим“ АД с оферта с вх. №1613/12.09.2019 г. на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ с мотива, че предложената от участника медицинска апаратура не отговаря на минималните изисквания на медицинската апаратура и участникът не е предложил изискваните документи, доказващи параметрите на медицинската апаратура.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на втория участник - „Елта 90 М“ ООД с оферта с вх. №1627 от 13.09.2019 г. и констатира следното: документите са

представени съгласно изискванията на Възложителя, в тях са декларирани изискваните обстоятелства. Предложената от участника медицинска апаратура в техническото предложение, отговаря на заложените минимални изисквания в Техническата спецификация на Възложителя. Участникът е приложил каталози на предлаганото оборудване от производителя, от които са видни параметрите ѝ.

След извършване на гореописаните действия, Комисията реши, че допуска „Елта 90 М” ООД с оферта с вх. №1627 от 13.09.2019 г. до отваряне, оповестяване и разглеждане на ценовото му предложение за участие в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка.

След като Комисията приключи с разглеждането и оценката на техническите предложения на участниците, определи, че следва да се пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовото предложение на участника, допуснат до оценка на ценовото му предложение, които действия да се извършат на публично заседание на 09.10.2019 г., в 13:00 ч. в сграда на Администрацията на „КОЦ – Пловдив” ЕООД, находяща се в гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов” №15А. Председателят на комисията изготви и публикува съобщение в профил на купувача на Възложителя в преписката на обществената поръчка, съгласно нормите на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, с което да уведоми участниците и лицата, които имат право да присъстват на публичното заседание за датата и часът на отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници, което е сторено в срока определен в разпоредбата на ЗОП.

На 09.10.2019 г. от 13:00 часа комисията проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите до този етап на процедурата участници. Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите предложения е съобщено чрез публикация в Профила на купувача от 04.10.2019 г, с което е спазен срока по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП. На това публично заседание на Комисията присъства упълномощен представител на участника „Елта 90 М” ООД – Елена Червенкова, за което представи пълномощно. Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на ценовата оферта на допуснатия участник, както следва:

„Елта 90 М” ООД с оферта с вх. №1627 от 13.09.2019 г. Преди отварянето комисията констатира целостта на плика с надпис „Предлагани ценови параметри” и наличието на подписите върху него. Председателят на Комисията отвори запечатания плик с предлаганите ценови параметри на участника и обяви офериранията от участника обща цена за изпълнението предмета на обществената поръчка в размер на **22 500 лева без ДДС** (двадесет и две хиляди и петстотин лева без ДДС), а с включен ДДС 27 000 (двадесет и седем хиляди лева).

След извършване на тези действия, на свое закрито заседание комисията разгледа Ценовото предложение на допуснатия до този етап на процедурата участник, с оглед отговаря ли на изискванията на Възложителя, изготвено ли е съобразно образеца, приложен към одобрената документация от Възложителя. След тази си проверка Комисията установи, че Ценовото предложение отговаря на Образеца приложен в одобрената документация от Възложителя. Медицинската апаратура посочена в Ценовото предложение, отговаря на предложената такава в Техническото предложение на участника. Въз основа на гореописаното комисията допуска до оценка ценовото предложение на **„Елта 90 М” ООД с оферта с вх. №1627 от 13.09.2019 г.**

На основание и в съответствие с предварително обявеното от Възложителя в документацията за обществена поръчка, че за изпълнител на обществената поръчка ще бъде определен участника предложил най-ниска цена за изпълнение предмета на обществената поръчка комисията пристъпи към оценяване и извърши следното класиране:


1-во място: „Елта 90 М” ООД с оферта с вх. №1627 от 13.09.2019 г., предложило обща цена за изпълнението предмета на обществената поръчка в размер на **22 500 лева без ДДС** (двадесет и две хиляди и петстотин лева без ДДС), а с включен ДДС 27 000 (двадесет и седем хиляди лева).

С това приключи работата на комисията на 09.10.2019 г. в 14:00, за което се състави протокол, който се подписа от Председателя и членовете ѝ.

Във връзка с резултатите от работата на Комисията и в съответствие с предварително обявените условия, че за изпълнител ще бъде определен участникът, за когото са изпълнени следните условия: за когото не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП; отговаря на критериите за подбор и е предложил най-ниска цена

за изпълнение предмета на обществената поръчка, Комисията единодушно предлага на Възложителя на основание чл. 109 от ЗОП, с решение по чл. 108, т. 1 от ЗОП за изпълнение на обществена поръчка с предмет: **„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на полуавтоматичен ротационен микротом за нуждите на „Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД”,** открита с Решение №132 от 02.08.2019 г. и публикувана в регистъра на АОП с уникален номер 00045-2019-0013, да сключи договор за изпълнение с класирания на първо място участник „Елта 90 М” ООД с оферта с вх. №1627 от 13.09.2019 г.

На основание чл. 106 от ЗОП, настоящият доклад се предава на възложителя за утвърждаване, заедно с цялата документация и всички документи и протоколи, изготвени в хода на работа на комисията. Настоящият доклад се подписа от Председателя и членовете на комисия на 09.10.2019 г., както следва:


Председател:

Петя Гавазова

Членове:

1.

д-р Десислава Ташкова

2.

Цветелина Михалкова